



20191340

Zagreb, 13. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 302. stavak 1., a u svezi članka 301. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 12016, u daljnjem tekstu ZJN 2016) te pregleda i ocjena pravovremeni pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave Naručitelj Institut za antropologiju donosi sljedeću

**ODLUKU O ODABIRU
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA GRUPU 1, 2, 3, i 6**

1. Podaci o Naručitelju:

Naziv: Institut za antropologiju
Adresa: Ljudevita Gaja 32, 10 000 Zagreb
Odgovorna osoba Naručitelja: Saša Missoni
OIB: 93710699926
Telefon: +385 (0)1 5535 100
Broj telefaksa: +385 (0)1 5535 105
Internetska stranica: <http://www.inantro.hr/>
Adresa elektroničke pošte: ured@inantro.hr

Datum slanja poziva na nadmetanje na objavu je 14. ožujka 2019. godine, datum objave poziva je 18. ožujka 2019. godine te broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH je 2019/S 0F2-0009407, broj objave u TED-u 2019/S 055-126350, datum slanja ispravka 10. travnja 2019., datum objave ispravka 15. travnja 2019., broj ispravka iz EOJN HR je 2019/S F14-0014628, broj objave u TED-u 2019/S 074-175329

2. Predmet nabave i grupa predmeta nabave

Nabava istraživačke, 3D i informatičke opreme
Grupa 1 - Oprema za mikrobnu ekologiju
Grupa 2 - Oprema za molekularnu antropologiju
Grupa 3 - Oprema za kemijsku analitiku
Grupa 6 – Laboratorijski namještaj

3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave i grupe predmeta nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: Ukupna procijenjena vrijednost nabave:
17.868.277,98 kn (bez PDV-a).

- Grupa 1 - Oprema za mikrobnu ekologiju: 5.163.365,30 kuna (bez PDV-a).
Grupa 2 - Oprema za molekularnu antropologiju: 2.523.105,58 kuna (bez PDV-a).
Grupa 3 - Oprema za kemijsku analitiku: 9.377.211,64 kuna (bez PDV-a).
Grupa 6 – Laboratorijski namještaj: 514.306,00 kuna (bez PDV-a).

4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:

- GRUPA 1:** Asolutic d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, OIB:74472591115
GRUPA 2: AlphaChrom d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, OIB: 18966227376
GRUPA 3: AlphaChrom d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, OIB: 18966227376
GRUPA 6: Labena d.o.o., Jaruščica 7, 10 000 Zagreb, OIB: 09146496654

5. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude

Grupa 1: Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude broj AS_INANTRO_Grupa1_24042019 od 23.04.2019. godine, ocijenjeno je da je navedena ponuda ponuditelja Asolutic d.o.o., Zagreb, cijena ponude 5.161.380,30 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude s PDV-om 6.451.725,38 kuna, u potpunosti sukladna uvjetima iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova (100,00 bodova). Detaljni razlozi odabira ove ponude nalaze se u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje se nalazi u prilogu.

Grupa 2: Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude broj AC_INANTRO_Grupa2_24042019 od 23.04.2019. godine, ocijenjeno je da je navedena ponuda ponuditelja AlphaChrom d.o.o. Zagreb, cijena ponude 2.519.105,55 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude s PDV-om 3.148.881,94 kuna, u potpunosti sukladna uvjetima iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova (100,00 bodova). Detaljni razlozi odabira ove ponude nalaze se u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje se nalazi u prilogu.

Grupa 3: Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude broj AC_INANTRO_Grupa3_24042019 od 23.04.2019. godine, ocijenjeno je da je navedena ponuda ponuditelja AlphaChrom d.o.o. Zagreb, cijena ponude 9.376.471,64 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude s PDV-om 11.720.589,55 kuna, u potpunosti sukladna uvjetima iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova (100,00 bodova). Detaljni razlozi odabira ove ponude nalaze se u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje se nalazi u prilogu.

Grupa 6: Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude broj Labena Grupa 6 od 23.04.2019. godine, ocijenjeno je da je navedena ponuda ponuditelja Labena d.o.o. Zagreb, cijena ponude 175.786,00 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude s PDV-om 219.732,50 kuna, u potpunosti sukladna uvjetima iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova (100,00

bodova). Detaljni razlozi odabira ove ponude nalaze se u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje se nalazi u prilogu.

6. Razlozi za isključenje ponuditelja

Ne postoje

7. Razlozi za odbijanje ponude

Grupa 1:

Odbijena je ponuda ponuditelja OLYMPUS CHECH GROUP S.R.O. Podružnica Zagreb.

Stručne osobe Naručitelja su konstatirale da ponuditelj nije ponudio nabavu robe Oprema za mikrobnu ekologiju, sve sukladno traženjima Naručitelja u Dokumentaciji o nabavi i u Troškovniku za Grupu 1. Naime, ponuda ne zadovoljava sljedeće tehničke specifikacije:

1. KONFOKALNI MIKROSKOP SA SUSTAVOM ZA VIZUALIZACIJU S KOMOROM Stavke 9. i 11. nude se semi-apo objektivni, a traže se apo objektivni (koji su za klasu bolji)

2. AUTOKLAV

Stavka 3.: nedovoljan kapacitet grijanja (ponuđeno je 6 kW, a traženo je 9 kW).

Stavka 19.: ponuđena su Ethernet i USB sučelja za vanjski prijenos podataka, a tražena sučelja RS-232 i RS-485 nisu ponuđena.

Stavka 20.: nije ponuđeno traženo bez kontaktno automatsko otvaranje vrata nakon završene sterilizacije.

3. INKUBATOR AEROBNI

Stavka 6.: ponuđen je pristup unutrašnjosti veličine 30 mm, a tražen je minimalno 35 mm.

Stavka 12.: traženo je Konstanta vlage: minimalno 93% uz odstupanje u rasponu od minus 3% do plus 3% na 37 °C, a ponuđeno je 90% - 95%.

Stavka 13.: traženo je mjerenje i kontrola O₂: u rasponu od 1% do 21%, a ponuđen je raspon od 0,2% - 20% , stoga ponuđeno ne zadovoljava zbog 1% niže gornje granice temperature od minimalno tražene.

4. INKUBATOR ANAEROBNI

Stavka 6.: ponuđen je pristup unutrašnjosti veličine 30 mm, a tražen je minimalno 35 mm.

Stavka 12.: traženo je Konstanta vlage: minimalno 93% uz odstupanje u rasponu od minus 3% do plus 3% na 37 °C, a ponuđeno je 90% - 95%.

5. INKUBATOR RASPON OD 4°C

Stavka 1.: tražen je volumen komore 170 do 180 litara, a ponuđen je premali volumen od 163 litre, što ne zadovoljava.

Stavka 13.: traženo je odstupanje od prostorne temperature na $20 \leq \pm 0.2 \pm ^\circ\text{C}$ i na $37 \leq \pm 0.5 \pm ^\circ\text{C}$, a ponuđeno je 0,4C za sve temperature, što je više od 0.2°C na 20°C, dakle ponuđeno je preveliko odstupanje na 20°C zbog čega ponuđeno ne zadovoljava.

6. LUPA BINOKULARNA S UGRAĐENOM KAMEROM

Stavka 10.: tražen je mehanizam finog fokusiranja (stupanjski, 0.002 mm), a ponuđen je stupanjski, 0.0025 mm, što predstavlja za 25% grublje stupnjevanje i time ne zadovoljava traženo

7. SUHI STERILIZATOR

Stavka 4.: tražen je maksimalni broj pozicija za police: 16, a ponuđeno je 7, što ne zadovoljava traženo. Stavka 6.: tražena je temperaturna devijacija s vremenom: ± 0.3 °C na 150°C, a ponuđeno je ± 1 °C, što ne zadovoljava traženo.

Budući da je ovaj nedostatak ponude nije uklonjiv sukladno 293. st.1. ZJN jer bi bilo kakav ispravak ponuđenog predmeta nabave doveo do pregovaranja u vezi predmeta nabave, Naručitelj nije koristio mogućnost iz čl. 293. st.1. ZJN jer je to u konkretnom slučaju zabranjeno čl. 293. st.2. ZJN-a.

Ponuditelj, također nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u propisanom obliku. Nedostatak, iako ispravljiv sukladno čl. 293. st. 1. ZJN, od ponuditelja nije tražen ispravak, budući da njegova ponuda nije u skladu s tehničkom specifikacijom te bi i uz ispravak jamstva njegova ponuda bila nepravilna.

Slijedom navedenog, ponuda ponuditelja je ocijenjena nepravilnom te sukladno čl. 295. st. 1. ZJN odbijena.

U ostalim grupama nije bilo ponuda koje su odbijene.

8. Rok mirovanja

Grupa 1 - Sukladno članku 306. st.1, ZJN primjenjuje se rok mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru u kojem roku Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Grupa 2 - U postupku javne nabave sudjelovao je samo jedan ponuditelj te se sukladno čl. 306. st. 2. ZJN rok mirovanja ne primjenjuje.

Grupa 3 - U postupku javne nabave sudjelovao je samo jedan ponuditelj te se sukladno čl. 306. st. 2. ZJN rok mirovanja ne primjenjuje.

Grupa 6 - Sukladno članku 306. st.1, ZJN primjenjuje se rok mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru u kojem roku Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

9 Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka odluke o u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.



Doc. dr. sc. Saša Misson
Ravnatelj

Dostaviti:

1. Elektronički oglasnik javne nabave
2. Arhiv, ovdje